РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА № 003/3-251

на испытательное оборудование

1 Наименование: **Шкаф сушильный Thermocenter TC40**

2 Заводской №: **314.562/06** Инв. №: 2918

3 Назначение: нагрев и сушка веществ и материалов

4 Технические характеристики.

Отклонение температуры от заданной, °С: 0,5

Точность поддержания температуры, °С: 0,5

5 Результаты первичной аттестации от 06.12.2011 г.

Проверяемая характеристика	Установленное значение	Допускаемое значение
Отклонение температуры от заданной, °С	0,4	0,5
Точность поддержания температуры, °С	0,4	0,5

Периодичность аттестации: 1 раз в 2 года. Место хранения: к. 150

Техническое обслуживание проводится при проведении периодической аттестации

Ответственный за состояние СИ и ВО  Мигаль П.В.

6 Журнал периодической аттестации и технического обслуживания.

№ протокола	Дата проведения	Результат (Годен / Не годен)
001	06/12/11	годен
222	02/12/13	годен